



안 전 인 증 서

Metrix Instrument Co.

8824 Fallbrook Drive, Huston, TX 77064, USA

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Digital Proximity System)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인증번호
MX2033 / MX2034	17-AV4BO-0225
용량·등급	Ex ia IIC T4 MX2033 (Ui = 28 V, Ii = 138 mA, Pi = 0.81 W, Li = 2 μH, Ci = 18 nF), MX2034 (Ui = 28 V, Ii = 93 mA, Pi = 0.66 W, Li = 2 μH, Ci = 18 nF) -40° C ≤ Ta ≤ +85° C

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

아래 주소에서 생산되는 제품 및 인증조건에 따라 설치할 것.

제조사 : Metrix Instrument Co., 8824 Fallbrook Drive, Huston, TX 77064, USA

- MX2034의 터미널 pin3 및 top BNC 컨넥터는 위험장소에서 사용하지 말 것.

2017년 04월 24일

한국산업안전보건공단

